

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	25-06-2014 12:39	P	Estimados, es necesario que los desfibriladores cuenten con certificaciones FDA, CE. Para asegurar un funcionamiento seguro y confiable. Si.
2	25-06-2014 12:45	P	Estimados, es necesario que los desfibriladores sean resistencia al agua, en funcionamiento y cuenten con certificación de estándar no menor a IP55. Si.
3	25-06-2014 14:29	P	Estimados, es necesario que los desfibriladores cuenten con baterías con grado médico. Para asegurar un buen funcionamiento, seguro y confiable. No, deben venir con las baterías de fabrica.
4	25-06-2014 14:36	P	Estimado, es necesario que el Desfibrilador tengan la capacidad descarga de 150 Joule bifásico hasta 360 Joule bifásico, ya que se ha demostrado la necesidad de ese nivel de energía, para desfibrilación efectiva en pacientes con alta impedancia. Si.
5	25-06-2014 15:22	P	Señores, en relación al punto 9 de las características técnicas, ¿se pueden ofertar equipos que no tengan metrónomo? A la fecha, esta opción no está generalizada en la industria, y no existe aún un mandato o recomendación de la FDA, que los equipos DEA deban incluir metrónomo. Refierase a las bases.
6	25-06-2014 15:56	P	Señores, en relación al punto 7 de las características técnicas, ¿se pueden ofertar equipos que exporten la información por puerto infrarrojo al PC. Refierase a las bases.
7	25-06-2014 16:31	P	Estimados:Favor subir formulario de oferta económica, mencionado en las bases. Revisar pagina web de Bomberos de Chile y Mercado Publico.
8	25-06-2014 16:35	P	Estimados: La descarga de los episodios guardados en memoria interna a un PC puede ser mediante tarjeta SD. Si.
9	26-06-2014 16:32	P	Para la importación directa articulo 17, mencionan pago 10 días desde la recepción de los equipos, favor aclarar ya que para este tipo de compra, no es posible ofrecer esta modalidad de pago Refierase a las bases.
10	26-06-2014 16:35	P	Respecto del formulario de oferta, favor aclarar ¿Que información es requerida en el casillero FORMA DE PAGO, COBRANZA EXTRANJERA (SI/NO)? Para la venta en plaza que información debe ir en este casillero? Debe marcar con un Si o una X, al ser importacion directa debe llenar todo los campos independiente de que Bomberos elija por ejmplo compra por venta nacional.
11	26-06-2014 16:36	P	Respecto del Formulario de Ofertas, ¿Qué información es requerida para los casilleros VOLUMEN y CONDICIONES DE PAGO? En el casillero de volumen debe indicar el volumen total de la carga y en la forma de pago pago es cobranza extranjera, por lo anterior mencioando debe indicar con un Si o una X.ñ
12	26-06-2014 16:39	P	Bases Técnicas, respecto de las ofertas por partidas de 10 unidades, estas serán adjudicadas al mismo proveedor, hasta completar las 40 unidades? Si.
13	26-06-2014 16:41	P	Respecto de la condición Especial de muestra de equipo, está debe ser entregada junto con la muestra de equipo original el día señalado en las bases? Si.
14	26-06-2014 16:43	P	Cuando se menciona Caja protectora de transporte, se refiere a maletín de transporte? o se refiere a otro medio de almacenamiento dentro del vehículo de bomberos? Si, se refiere al maletin de transporte.
15	26-06-2014 16:45	P	Dadas las distancias de nuestro país, es posible utilizar la tecnología y realizar capacitaciones virtuales programadas? No, deben ser precensiales.

16	26-06-2014 16:49	P	Se podrá ofertar baterías recargables, de modo de asegurar la carga completa y funcionalidad de los equipos una emergencia? No, referase a las bases.
17	27-06-2014 12:37	P	Se podrá ofrecer oferta por mas de un modelo de equipo? Si, cada producto ofertado debe cumplir con lo solicitado en las bases tecnicas y administrativas.
18	27-06-2014 15:30	P	Estimados: para la oferta importación directa es posible ofertar con forma de pago transferencia adelantada que es como generalmente lo hacen las fabricas. No, referase a las bases.
19	27-06-2014 15:32	P	Estimados: Con respecto a la caja protectora de transporte favor indicar mas detalles como material, utilidad, tamaño. Referase a la respuesta de la pregunta 14.
20	27-06-2014 15:53	P	Estimados: Es posible cambiar el item caja protectora por un bolso protector de transporte tipo soft. Referase a la respuesta de la pregunta 14.

