

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 22-2014 DAE
1	07-11-2014 11:56	P	En el caso de adjudicación, ¿ustedes van a emitir una orden de compra por 100 unidades irrevocables? Si.
2	09-11-2014 21:22	P	Para realizar cálculo de flete por orden, ¿Cuántas unidades se solicitarán por OC? En la primera OC se solicitarán 100 unidades, en las restantes OC serán de acuerdo a las necesidades de la JNCB
3	09-11-2014 21:27	P	¿Debe el equipo contar con bolso de transporte y protección? Si.
4	09-11-2014 21:29	P	Los DAE son equipos los cuales no pueden contar con grabado bajo relieve para incorporar el logo de Bomberos. ¿Es posible entregar la unidad con el logo de bomberos en material adhesivo de alta resistencia? No.
5	09-11-2014 21:33	P	¿Deben los electrodos estar pre-conectados al equipo para que el equipo en sus checks pueda verificar si los parches están vigentes? No, se conectan al momento de utilizar el equipo.
6	09-11-2014 21:37	P	¿Se otorgará mayor puntaje a los equipos que de manera automática realicen checks diarios, semanales y mensuales de batería, parches, circuito interno y funcionamiento? No.
7	09-11-2014 21:38	P	¿El DAE debe ser capaz de detectar la presencia de marcapasos? No.
8	09-11-2014 22:35	P	¿Debe el DAE contar con descarga sincronizada para el tratamiento de arritmias ventriculares? No.
9	10-11-2014 9:55	P	Es necesario que el Desfibrilador tenga la capacidad descarga de 150 Joule bifásico hasta 360 Joule bifásico, ya que se ha demostrado la necesidad de ese nivel de energía, para desfibrilación efectiva en pacientes con alta impedancia. No es necesario
10	10-11-2014 9:55	P	Estimados, es necesario que los desfibriladores cuenten con baterías con grado médico. Para asegurar un buen funcionamiento, seguro y confiable. El equipo debe ser capaz de responder en todo evento
11	10-11-2014 9:56	P	Estimados, es necesario que los desfibriladores cuenten con certificaciones FDA, CE. Para asegurar un funcionamiento seguro y confiable. Será materia de la oferta
12	10-11-2014 10:00	P	Estimados es necesario que los desfibriladores sean resistencia al agua, en funcionamiento y cuenten con certificación de estándar no menor a IP55. Será materia de la oferta
13	10-11-2014 10:01	P	Señores, en relación al punto 9 de las características técnicas, ¿se pueden ofertar equipos que no tengan metrónomo? A la fecha, esta opción no está generalizada en la industria, y no existe aún un mandato o recomendación de la FDA, que los equipos DEA deban incluir metrónomo. Debe tener metrónomo, según BBTT
14	10-11-2014 10:01	P	Estimados, según las últimas publicaciones de las guías AHA 2010, no se limita el uso de otras tecnologías y energías como por ejemplo 270j y 360j bifásico, ellos muestran estudios con energías bifásicas Circulation 2010122S639 DOI: 10.1161/CIR.0b013e3181fdf7aa Circulation is published by the American Heart Association. 7272 Greenville Avenue, Dallas, TX 72514 Cuál es la pregunta?
15	10-11-2014 11:04	P	Se considerará en el acto de apertura la entrega de ambos equipos, muestra y equipo real, para la aceptación de la oferta? Refiérase a las bases técnicas en el punto "Condición Especial"
16	10-11-2014 11:17	P	Para completar formulario de Oferta económica, es necesario aclarar la cantidad o cantidades por las que se emitirán las ordenes de compra, ya que este dato va a variar costos de flete y gastos asociados a la importación, favor aclarar. Refiérase a la respuesta de la pregunta N°2
17	10-11-2014 11:57	P	Se podrá cotizar ofertas alternativas Se aceptan distintos tipos de modelos, cada uno debe venir con toda la información solicitada.
18	10-11-2014 12:58	P	Estimados en el Punto Decimo septimo de las B.A. en el item b Condiciones economicas, se habla de dos modalidades de pago, sin embargo solo se menciona en detalle una ( oferta por importacion directa) cual seria la numero 2.. Ver aclaración, es solo una modalidad, Importación Directa.
19	10-11-2014 14:58	P	Estimados: Favor aclarar si en la oferta economica habra venta y cobranza nacional. No, solo importación directa.