



**BASES TECNICAS LICITACION 7/2014
DE TABLAS LARGAS ESPINALES E INMOVILIZADORES LATERALES**

MATERIAL	Tablas largas de espinales e inmovilizadores laterales
Tipo Cotización	Importación directa o venta nacional
Plazos de Entrega	A especificar en la oferta
Cantidades a Licitar	
Ítem 1: Tabla larga espinal.	500 Unidades de Tablas espinales plásticas.
Ítem 2: Inmovilizadores laterales	500 Unidades de Inmovilizadores Laterales.
Muestras	Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una muestra del producto ofertado con su correspondiente Guía de Despacho, en Pedro Bannen 0138, el día y hora señalados en Bases Administrativas, la no presentación de muestras con su Guía respectiva, será causal de eliminación.
Condición especial	Todos los equipos deben haber sido fabricados a contar del año 2014 en adelante. Este requisito no se exigirá en equipo presentado como muestra, pero deberá ser idéntico al ofertado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Ítem 1: Tabla larga espinal.	CONDICION	
Construida en materiales de alta resistencia (polietileno), sólida o rellena en espuma de alta densidad	OBLIGATORIO	
Indicar las certificaciones que tiene el producto, en el caso que tenga.	NO OBLIGATORIO	
Capacidad de carga: 180 kilos mínimo.	OBLIGATORIO	
Color naranja o amarillo (no obligatorio en modelo de muestra)	OBLIGATORIO	
Diseño en una sola pieza sin uniones	OBLIGATORIO	
Debe permitir instalación de inmovilizador lateral universal estándar	OBLIGATORIO	
Superficie impermeable y fácil de limpiar	OBLIGATORIO	
100% translúcida a rayos X.	OBLIGATORIO	
Con al menos 5 correas de fijación. Se admitirá presentar diferentes opciones para las correas. Indicar valor para cada una de dichas opciones.	OBLIGATORIO	
Dimensiones	Largo: mínimo 180 hasta 190 cm.	OBLIGATORIO
	Ancho: 40 a 46 centímetros	OBLIGATORIO
	Grosor: 40 a 65 milímetros	OBLIGATORIO
Indicar peso.	OBLIGATORIO	
Contracara de la tabla construida de forma convexa para permitir el fácil acceso de las manos.	OBLIGATORIO	
Con el logo de Bomberos de Chile de 15 cm. de alto aproximado, ubicado aproximadamente a 50 cm. desde la parte superior de la tabla y la inscripción "BOMBEROS" con letras de 6 a 8 cm. de alto con fijación permanente y que no pueda ser removido, a color o en bajo relieve.	OBLIGATORIO	

Ítem 2: Inmovilizadores laterales	CONDICION
Del tipo universal	OBLIGATORIO
Debe permitir su instalación en cualquier tabla espinal estándar	OBLIGATORIO
Constituido por una base, 2 almohadillas de apoyo (bloques) y correa para el mentón y frente.	OBLIGATORIO
De fácil limpieza y desinfección.	OBLIGATORIO



Los bloques deben tener una abertura a la altura de las orejas que permita detectar hemorragia o drenajes en orejas de los pacientes.	OBLIGATORIO
Que permita tomar radiografías o tomografías y resonancias magnéticas.	OBLIGATORIO
Indicar peso	OBLIGATORIO
Color naranja o amarillo (no obligatorio en modelo de muestra)	OBLIGATORIO
Con el logo de Bomberos de Chile de 4 cm. de alto aproximado, ubicado en la cara superior de la almohadilla derecha y la inscripción "BOMBEROS" con letras de 4 cm. de alto en la cara superior de la almohadilla izquierda con fijación permanente y que no pueda ser removido, a color o en bajo relieve.	OBLIGATORIO
Innovación Tecnológica	NO OBLIGATORIO

Garantía:	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 1 año, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años en la oferta técnica obligatoriamente.	OBLIGATORIO
------------------	---	-------------

Documentos Técnicos Requeridos	CONDICIÓN
Se deberá acompañar el descriptivo técnico y Manual de Operación del producto ofertado, traducido al español.	OBLIGATORIO
Se deberá acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención, en español.	OBLIGATORIO
El descriptivo técnico, Manual de Operación, instrucciones de limpieza y diagrama de despiece deberán acompañarse adicionalmente en formato digital Word y Pdf en CD, con fotografías actualizadas y correspondientes al modelo ofertado, y debe venir en español o traducido al español. Además de indicar datos del Servicio Técnico (Dirección, responsable y datos de contacto), garantía del producto y procedimiento para hacer válida la garantía. Todo lo anterior deberá incorporarse en el sobre de la oferta técnica.	OBLIGATORIO
Certificación de Calidad de los equipos, Normas que cumple, Certificado de Laboratorio indicando Normas que cumple.	OBLIGATORIO
Lista de empresas, lugares, Instituciones (Bomberos), donde se utilizan hoy día los equipos licitados. (Nacionales o extranjeras).	NO OBLIGATORIO

Se debe indicar obligatoriamente:	CONDICIÓN
Peso y Cubicaje por ítem	OBLIGATORIO
Peso y cubicaje total de los equipos	OBLIGATORIO

OBLIGATORIO= En caso de no cumplimiento del ítem queda automáticamente fuera de la licitación
NO OBLIGATORIO = Si no cumple con el ítem, continua en la licitación

