



## INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2015 CONTRATO MARCO DE KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO PARA BOMBEROS.

### ANTECEDENTES GENERALES:

#### I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 59/2015 contrato marco de kit de inmovilización pediátrico para Bomberos.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por "Bomberos de Chile".

#### II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Pablo Andreani Chia, Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Jadhi Henríquez Nuñez, Cuerpo de Bomberos Quinta Normal.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 09 de enero de 2016 a las 10:00 horas para tomar conocimiento del Informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias del Centro de Entrenamiento autopista del sol kilómetro 47.

#### III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N° 59/2015 contrato marco de kit de inmovilización pediátrico para Bomberos, fecha 18 de diciembre 2015, en el que se recibieron ofertas correspondientes a las empresas **PESCO S.A.**, **ENERTRON LTDA** y **PROEMER S.A.**





2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 59/2015 de fecha 22 de diciembre 2015, en el que se informa que la empresa cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

#### **IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.**

##### **PESCO**

Se presenta con el siguiente producto:

Kit de Inmovilización Pediátrico

- Marca MEDSOURCE.
- Modelo MS-PIB-1.
- Soporte de cabeza ajustable.
- Bolso de transporte.
- Translucido a los rayos x.

Efectuada la revisión de los antecedentes técnicos el producto cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

##### **ENERTRON**

Se presenta con el siguiente producto:

Kit de Inmovilización Pediátrico

- Marca FERNO
- Modelo 78 Pedi-Pac
- Soporte de cabeza ajustable.
- Bolso de transporte
- Permite rayos X

Efectuada la revisión por lo cual el producto evaluado, se solicitan aclaraciones al oferente, siendo respondidas satisfactoriamente, por lo cual el producto cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 59/2015 de fecha 22 de diciembre 2015, en el que se informa que la empresa cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

#### **IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.**

##### **PESCO**

Se presenta con el siguiente producto:

Kit de Inmovilización Pediátrico

- Marca MEDSOURCE.
- Modelo MS-PIB-1.
- Soporte de cabeza ajustable.
- Bolso de transporte.
- Translucido a los rayos x.

Efectuada la revisión de los antecedentes técnicos el producto cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

##### **ENERTRON**

Se presenta con el siguiente producto:

Kit de Inmovilización Pediátrico

- Marca FERNO
- Modelo 78 Pedi-Pac
- Soporte de cabeza ajustable.
- Bolso de transporte
- Permite rayos X

Efectuada la revisión por lo cual el producto evaluado, se solicitan aclaraciones al oferente, siendo respondidas satisfactoriamente, por lo cual el producto cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.





## PROEMER S.A.

Se presenta con el siguiente producto:

### Kit de Inmovilización Pediátrico


- Marca Basic Medical Supply
- Modelo Pedi-Board.
- Soporte de cabeza ajustable.
- Bolso de transporte
- Permite rayos X


Efectuada la revisión por lo cual el producto evaluado, se solicitan aclaraciones al oferente, siendo respondidas satisfactoriamente, por lo cual el producto cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.


## V. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES TECNICOS.


Tabla de Puntaje Kit de Inmovilización Pediátrico	
<b>PESCO S.A.</b>	
Marca MEDSOURCE Modelo MS-PIB-1	<b>47.44 Puntos</b>
<b>ENERTRON LTDA</b>	
Marca FERNO Modelo 78 Pedi-Pac	<b>43.48 Puntos</b>
<b>PROEMER S.A.</b>	
Marca Basic Medical Supply Modelo Pedi-Board	<b>50 Puntos</b>

Es todo cuanto podemos informar.

  
Mauricio Trincado Miranda  
Miembro de la Comisión

  
Pablo Andreani Chia  
Miembro de la Comisión

  
Jadhi Henríquez Nuñez  
Miembro de la Comisión

  
Alberto Sepúlveda Neira  
Encargado Técnico



Santiago 19 de enero de 2016

c.c. Carpeta Licitación.  
Depto. Técnico.

---

**BOMBEROS DE CHILE**

Acta Comisión Técnica Licitación N° 59/2015 contrato marco de kit de inmovilización pediátrico para Bomberos.

BASES TÉCNICAS LICITACION PÚBLICA N° 59/2015 PARA CONTRATO MARCO DE KIT DE INMOVILIZACION PEDIATRICO PARA BOMBEROS

TABLA DE PUNTAJE

EXIGENCIAS LICITACION	CONDICION	PUNTAJE
Carga	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10
Espesor	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	10
Peso	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	10
Ajustes	SI CUMPLE	10
Correas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Correas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>

SI CUMPLE = Puntaje total - Si no cumple = 0

DIRECTAMENTE PROPORCIONAL =  $\frac{\text{Valor ofertado}}{\text{Mayor Valor ofertado}} \times \text{Puntaje}$

INVERSAMENTE PROPORCIONAL =  $\frac{\text{Mayor Valor Ofertado}}{\text{Menor Valor Ofertado}} \times \text{Puntaje}$

En el caso que las muestras evaluadas, sufran deterioro grave o fallas que impidan el uso correcto y seguro de la muestra, producirá la eliminación del proceso de evaluación. Sin opción de reclamo alguno.

Alberto Sepulveda

PESCO		ENERTRON		PROEMER	
MEDSOURCE		FERNO		BASIC MEDICAL SUPPLY	
DATO	PUNTOS	DATO	PUNTOS	DATO	PUNTOS
41 KG	10	41 KG	10	41 KG	10
13 mm	9,23	20 mm	6	12 mm	10
2,9 KG	8,21	3,180 KG	7,48	2,38	10
CUMPLE	10	CUMPLE	10	CUMPLE	10
5 CORREAS	5	5 CORREAS	5	5 CORREAS	5
5 CM	5	5 CM	5	5 CM	5
<b>TOTAL</b>	<b>47,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

Edhi Ibarra

Manoel Inca

Pablo Arceani CFI.