

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
1	10-12-2015 11:45	P	Estimados en virtud de que estos productos son importados desde EE.UU y que la mayoría de los proveedores estarán fuera producto de los feriados de navidad y año nuevo lo que en nuestro caso implica no tener disponibilidad de fabrica desde el 24 al 4 de enero es que les solicitamos ampliar el plazo de presentación de la ofertas por la menos 15 días más, con el objeto de poder prestarles productos del conglomerado mas grande de empresas de ambulancias en EE.UU.
			Ver Aclaración
2	11-12-2015 10:22	P	Solicitamos ampliación del plazo de recepción de ofertas debido a las fechas de navidad y año nuevo que para proveedores extranjeros significa perder 2 semanas. Requerimos ampliar el plazo en dos semanas adicionales.
			Ver Aclaración
3	14-12-2015 1:27	P	¿Que modelo de ambulancia se solicita, Tipo 1 o Tipo 3 de acuerdo a la normativa norteamericana KKK?
			Tipo 3.
4	14-12-2015 1:30	P	En el item 1.1 se indica cutaway. Dicha palabra se refiere al chasis tipo van que se corta para unir. Por Ejemplo, Ford Ecoline. ¿Puede ofertarse un chasis del tipo Camioneta que se una al módulo sanitario?
			Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford
5	14-12-2015 1:35	P	¿Puede ofertarse un chasis con capacidad mínima de carga útil de 4.000 kilos incluyendo pasajeros, carrocería y equipamiento? (No existe chasis para ambulancia del tipo Ford, RAM, Chevrolet o similar con capacidad de carga de 6.500 kilos)
			Capacidad de carga desde los 4000 kilos.
6	14-12-2015 1:40	P	¿Puede ofertarse motorizaciones diésel con un mínimo de 600lbs/ft de torque?
			Si, debe ser motor diésel con mínimo de 600 Lb/Ft
7	14-12-2015 1:42	P	Los modelos de ambulancias no permiten incorporar un segundo estanque de combustible debido a que incorporan un estanque de adblue. ¿Puede ofertarse ambulancias con un solo estanque de 40 galones / 151 litros de diésel?
			Se aceptará la máxima capacidad estándar del chasis, como mínimo 140 litros.
8	14-12-2015 1:43	P	¿Que tipo de chasis require el mandante? (Medium duty = RAM, Ford, Chevrolet) o Heavy Duty (International)
			Chasis requerido RAM, Ford o Chevrolet que cumpla las especificaciones de las BBTT.
9	14-12-2015 1:43	P	¿Cual es el presupuesto aprobado por el gobierno regional para esta licitación?
			No es posible entregar esa información.
10	14-12-2015 1:45	P	¿Pueden ofertarse los ejes estándares del chasis según las características de cada fabricante de chasis y no forzar a un modelo o tipo en específico que pueda no ser el optimo en capacidad y seguridad?
			Refiérase a las bases.
11	14-12-2015 1:47	P	¿Puede ofertarse la suspensión original de fabrica para el chasis con el objeto de conservar la seguridad e integridad de la unidad? (Independiente frontal y de neumática posterior)
			Se aceptará la suspensión estándar del chasis.
12	14-12-2015 1:49	P	¿Puede ofertarse neumático aro 19.5" que es el estándar para las ambulancias y dispone de distribución nacional.? (además entrega seguridad)
			Si, puede ofertarse.
13	14-12-2015 1:51	P	El item 8.4 señala cinturón de 3 puntas para todos los ocupantes sin embargo en la puntuación se indica cinturón de 4 puntas. Favor aclarar.
			Refiérase a las bases.
14	14-12-2015 1:52	P	¿Debe disponerse de cinturones de 3 puntas o de 2 puntas para los ocupantes de la banqueta lateral derecha? El disponer de 3 puntas en esta ubicación entorpece el trabajo con el paciente y obstaculiza.
			Refiérase a las bases.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
15	14-12-2015 2:00	P	La manufactura de las ambulancias ha evolucionado eliminando el uso de la madera en la manufactura del módulo sanitario y muebles debido a su baja calidad, ruido y transferencia de infecciones como resultado de agentes patógenos como la sangre. Solicitamos se permita ofertar mejores productos que utilicen el aluminio para la manufactura del módulo sanitario en sus puertas, piso, muebles y modulo sanitario.
			Refiérase a las bases
16	14-12-2015 2:04	P	Solicitamos se permitan otras marcas de pinturas distinta a dupont, señalada en el item 9.6, permitiendo que el fabricante pueda entregar y garantizar un producto según su estándar de manufactura.
			Será materia de la oferta
17	14-12-2015 2:12	P	Las ambulancias KKK no disponen de espacio para almacenar las tablas largas debajo de la banca de pasajeros lateral. Para el traslado de las tablas se dispone de un compartimiento exterior vertical. Según lo anterior, ¿Puede almacenarse las tablas largas según la mejor ubicación disponible en un compartimiento cerrado?
			Será materia de la oferta
18	14-12-2015 2:13	P	En el item 9.10 se solicita cinturón de 3 puntas para el paramédico sin embargo, las bases luego hablan de 4 puntas. ¿De cuantas puntas debe ser el asiento del paramédico?
			Mínimo 3.
19	14-12-2015 2:14	P	¿Debe el asiento del paramedio rotar en 180º para poder ver en dirección del tránsito de la unidad?
			Será materia de la oferta, deberá permitir movimiento de ajuste hacia adelante o hacia atrás para acercar o alejar al paramédico del paciente como minimo.
20	14-12-2015 2:15	P	¿Las unidades deben contar con (3) puertos de O2 en el módulo sanitario?
			Será materia de la oferta
21	14-12-2015 2:15	P	¿Deben proporcionarse las mascarillas, regulador y manguera para cada salida de O2?
			Si
22	14-12-2015 2:21	P	Los pisos de madera se dañan, no permiten una limpieza adecuada y tienen baja durabilidad. Solicitamos se permite que el piso de la unidad pueda ser manufacturado en aluminio con revestimiento en termo plástico y vinilo.
			Refiérase a las bases
23	14-12-2015 2:28	P	En el item 10 se indican una serie de compartimiento/gabinetes que no especifican su ubicación o uso. Según lo anterior y para evitar que ofertas que cumplan con la KKK queden fuera por que las medidas y especificaciones de luces y cierres son particulares de un oferente, solicitamos se permita ofertar ambulancias según las características de cada fabricante y que estas cumplan con la KKK
			Será materia de la oferta, estas medidas son referenciales.
24	14-12-2015 2:30	P	Solicitamos que los sistemas de luces de emergencia y de escena sean LED y según la normativa KKK.
			Refiérase a las bases
25	14-12-2015 2:31	P	¿Puede instalarse los parlantes de la sirena en el parachoques del vehículo empotrados?
			Será materia de la oferta.
26	14-12-2015 2:32	P	¿Pueden ofertarse 2 parlantes de 100w? (No hay de 150w)
			Se aceptará un mínimo de 100W
27	14-12-2015 2:33	P	¿A que se refiere con un equipo VHF para datos? ¿Puede iniciar marcas y modelos referenciales?
			Refiérase a las bases.
28	14-12-2015 2:33	P	¿Deben los equipos radiales ser Digitales para el VHF?
			Sí ambos, digital y análogo.
29	14-12-2015 2:35	P	Solicitamos se pueda entregar mas información del sistema indicado en el punto 15.6. De que marca/modelo es este dispositivo?
			Sistema de monitoreo de flota.
30	14-12-2015 2:38	P	¿Cual es la marca y modelo del item 16.11 detallado en las bases?
			Refiérase a las bases.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
31	14-12-2015 2:54	P	¿Debe el modulo sanitario de la ambulancia contar con un asiento lateral para permitir realizar operaciones RCP? Si, obligatorio
32	14-12-2015 19:13	P	¿Se podrán ofertar chasis de la línea F de Ford ya que los chasis cutaway solo se producen con motorizaciones a gasolina y no diésel? Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford
33	14-12-2015 19:13	P	¿Se podrán ofertar chasis de la línea F de Ford ya que los chasis cutaway de serie no hay opcional de tracción 4x4? Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford
34	14-12-2015 19:14	P	¿Se podrán ofertar chasis con suspensión estándar del fabricante para chasis 4x4 ? Debe ser estándar.
35	14-12-2015 19:14	P	¿Se deberá entregar certificación de UL por el cumplimiento del estándar KKK solicitado? Si
36	14-12-2015 19:14	P	Solicitamos sea requerimiento obligatorio presentar certificado de organismo externo al fabricante, como UL, el cual certifique el cumplimiento de la Norma KKK. Si
37	14-12-2015 19:14	P	¿Se solicita evaluar la factibilidad técnica que el cinturón de seguridad del paramédico que transita de espalda al conductor sea este de 2 puntas, para así hacer reanimación en forma más efectiva? Refiérase a las bases.
38	14-12-2015 19:14	P	Respecto al punto 9.11 de las bases técnicas ¿Solicitamos que los anclajes de los cilindros de oxígeno sea en un lugar distinto al solicitado, ejemplo en L1? Lo anterior en conformidad a la norma KKK, lo que otorga mayor espacio al interior de la cabina sanitaria. Será materia de la oferta
39	14-12-2015 19:14	P	Respecto al punto 13.4 de las bases técnicas ¿Se podrá ofertar sirena de 100 Watts, equipo estándar de la industria? Se aceptará un mínimo de 100W
40	14-12-2015 19:15	P	Respecto al punto 14.4 de las bases técnicas ¿Se solicita indicar funciones mínimas del equipo GPS requerido o modelo y marca de referencia? Refiérase a las bases.
41	14-12-2015 19:15	P	Respecto al punto 15.6 de las bases técnicas ¿Se solicita indicar modelo y marca de referencia ya que el requerimiento es muy específico? Refiérase a las bases.
42	14-12-2015 19:15	P	Respecto al punto 16.7 de las bases técnicas ¿La rueda de repuesto debe ir fija en la unidad? Si, ubicada debajo del vehículo de preferencia
43	14-12-2015 23:39	P	Solicitamos ampliar el plazo de la licitación debido a las festividades de fin de año que hacen cerrar nuestra fábrica en EE.UU. Ver Aclaración
44	14-12-2015 23:40	P	El servicio técnico solicitar debe ser entregado por el oferente o por la marca del chasis original ? esto es or ejemplo en el caso de FORD una carta de FORD que establezca garantías, servicio y repuestos? Se aceptara que la garantía, el servicio técnico y la distribución de repuestos, sea garantizada por el proveedor por al menos 5 años.
45	15-12-2015 9:36	P	1.- Indican tipo de Chasis comercial sin embargo solicitan que el tipo de diferencial sea Autobloquante, solicitamos se aclare este punto. Diferencial debe ser autobloqueante
46	15-12-2015 9:36	P	2.- Indican largo total del vehículo carrozado de mínimo 6.500 milimetro con cutaway, a que se refieren con cutaway? Se aceptará chasis cabina de tipo referencial F de Ford
47	15-12-2015 9:36	P	3.- A que se refieren con de fácil acceso al motor por medio de CAPOT? Que tenga un capot mediante el cual se pueda tener acceso al motor.
48	15-12-2015 9:37	P	4.- Solicitamos se elimine el requisito de Airbag para conductor u acompañante, se acepta?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
			Refiérase a las bases.