



BASES TÉCNICAS LICITACION 04/2010 DE IMPLEMENTOS DE RESCATE PARA BOMBEROS

MATERIAL	Implementos de Rescate para Bomberos		
Tipo Cotización	Importación directa o venta Nacional		
Cantidades a Licitarse	Item 1	400 Unidades de Tablas espinales plásticas.	
	Item 2	180 Unidades de Chalecos de Extricación	
	Item 3	500 Set de Inmovilizadores de Cabeza	
Condición Especial	Se podrá adjudicar cada Item por separado. Por esta razón, las empresas podrán cotizar en los items que estimen pertinentes, sin obligación de presentar ofertas en los 3 items.		
Plazo de Entrega	A especificar en la oferta.		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 1: Tabla Espinal			
Construida en polietileno, sólida o rellena en espuma de alta densidad			
Capacidad de carga: 180 kilos mínimo.			
Color naranja o amarillo (no obligatorio en modelo de muestra)			
Diseño en una sola pieza sin uniones			
Debe permitir instalación de inmovilizador lateral universal estandar			
Facil de limpiar			
100% translúcida a rayos X.			
Con sus correspondientes correas de fijación. Se admitirá presentar diferentes opciones para las correas. Indicar valor para cada una de dichas opciones.			
Dimensiones	Largo:	180 a 184 centímetros	
	Ancho:	40 a 46 centímetros	
	Grosor:	38 a 64 milímetros	
Contracara de la tabla construida de forma convexa para permitir el facil acceso de las manos.			
Logo Bomberos de Chile	Logo de "Bomberos de Chile" de más o menos 15 cm. de alto, ubicado al centro de la tabla a 50 cms aproximadamente, desde la parte superior de ésta. Los logos pueden ser a todo color o bajo relieve. (No exigible en modelo de muestra, obligatoriamente en modelo adjudicado)		
Inscripción Bomberos de Chile	Inscripción "BOMBEROS" con letras de 6 a 8 cm. de alto con fijación permanente y que no pueda ser removido, a color , o en bajo relieve. (No exigible en modelo de muestra, obligatoriamente en modelo adjudicado)		
Indicar	Peso.		
Indicar las certificaciones que tiene el producto, si las tiene.			

Item 2: Chaleco de Extricación			
Constituída por cuerpo, correas para zona tóraco-abdominal, sujetador de mentón y cabeza y almohadilla ajustable para cuello.			
Fijadores Ajustables:	Zona Tóraco-Abdominal	3 Correas de distintos colores	
	Zona Inguinal	2 Correas, mismo color	
	Cabeza	2 Correas, mismo color	
Debe ser lavable y desinfectable.			
Todas las correas deben contar con un sistema de sujeción que permita guardarlas debidamente dobladas.			
Que permita la total inmovilización del paciente en posición sentado.			
Con manijas de agarre con resistencia comprobada. (Adjuntar certificación de resistencia si la tiene)			
Que permita tomar radiografías, tomografías y/o resonancias magnéticas.			
Capacidad de carga	220 Kilos mínimo, con una tolerancia de 5% .		
Con bolso para transporte			
Indicar:	Peso.		
	Colores disponibles.		
Se solicita:	Indicar las certificaciones que tiene el producto, si las tiene.		

Item 3: Inmovilizadores de Cabeza			
Del tipo universal estandar , de espuma de alta densidad			
Debe permitir su instalación en cualquier tabla espinal estandar			
Contituido por 1 base, 2 almohadillas de apoyo (bloques) con velcro y correa para el mentón y frente.			
De fácil limpieza y desinfección, que no absorba sangre ni fluidos corporales.			
Los bloques deben tener una abertura a la altura de las orejas que permita detectar hemorragia o drenajes en orejas de los pacientes.			
Que permita tomar radiografías o tomografías y resonancias magnéticas.			
Indicar peso y medidas			
Color naranja o amarillo (no obligatorio en modelo de muestra)			